

Số: /YCBG-TTYT

Đắk Song, ngày tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT, ngày 26 tháng 4 năm 2024. Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Đắk Song có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai các thủ tục mua sắm theo quy định cho gói thầu: “Mua máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang ” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đoàn Văn Khả; Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược - TTBVTYT

Số điện thoại: 0942 397379

Email: doankha74@gmail.com

Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song,

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông hoặc có thể

gửi bản scan Báo giá qua Email: doankha74@gmail.com và gửi bản gốc cho

đơn vị qua đường bưu điện.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 30 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 30/5/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Nội dung yêu cầu báo giá chi tiết như sau:

STT	Danh mục/Tên hàng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	ĐVT	Số lượng/khối lượng
1	Tên máy: Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang. Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật: Yêu cầu chung máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang: - Nước sản xuất: China (Trung Quốc) - Hãng sản xuất: WONDFO BIOTECH - Model: Finecare FIA Meter III Plus (FS-205) - Nguồn điện 230 - 240V, 50Hz - Nhiệt độ: 15°C – 30°C - Độ ẩm: 20% – 90% - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng sản xuất: CE, ISO 13485:2016 - Có nhà phân phối được ủy quyền tại Việt Nam Cấu hình: - 01 Máy chính - 01 Dây nguồn - 01 Giấy in - 01 HDSD tiếng Anh và 01 HDSD tiếng Việt - 01 khay đựng test - Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 374 x 396 x 480.5(mm) - Khối lượng: ~19,5 kg	Cái	01

	Chức năng hệ thống - Máy miễn dịch huỳnh quang sử dụng cho phòng xét nghiệm cung cấp chỉ số cho chẩn đoán chuyên môn - Tốc độ: ≥ 200 test/giờ. - Xét nghiệm đa kênh với 20 kênh, nhiều test cùng lúc - Thời gian xét nghiệm 1 mẫu từ 3 – 15 phút Nguồn sáng kích thích: Đèn LED xanh Hệ điều hành: Linux Các chỉ số xét nghiệm: - Covid 19: Test kháng nguyên và kháng thể - Vitamin: Vitamin D - Tiểu đường và thận: HbA1c, MAU, CysC, NGAL, β 2-MG - Tuyến giáp: T3, T4, TSH, Ft3, Ft4 - Sản: β-HCG, LH, FSH, Prog, PRL, E2, Testosterone, AMH - Tim mạch: cTn I, NT-proBNP, CK-MB - Đông máu: D-Dimer, One step D-Dimer - Nhiễm trùng: PCT, CRP (hsCRP+CRP), 2 in 1 (CRP+PCT), SAA, IL-6 - Ung thư: AFP, PSA, CEA, fPSA - Khác: Cortisol, Ferritin, iFOB Màn hình: Giao diện trực quan, màn hình cảm ứng LCD kích thước $\geq 10''$ Kết nối: Kết nối trực tiếp với LIS/HIS Khay đựng test: Test tự động đẩy ra vào khay khi kết thúc xét nghiệm		
--	---	--	--

	ID Chip đầu vào: Tự động đọc số lô và thông tin hiệu chuẩn của chip id Kênh xét nghiệm: Đọc ≥ 20 kênh một lúc, truy cập mẫu ngẫu nhiên, tự động ủ trong máy. Máy in nhiệt tích hợp: Hỗ trợ in thời gian thực, hỗ trợ máy in ngoài		
--	---	--	--

Địa điểm giao hàng và lắp đặt: Trung tâm Y tế huyện Đăk Song

Dự kiến ngày giao hàng/ hoàn thành: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Trung tâm Y tế kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm, năng lực quan tâm nội dung nêu trên gửi Báo giá về Trung tâm Y tế theo đúng thời gian.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa: Dược-TTB-VTYT; XN &CDHA
- Phòng KHNV, IT (đăng tải Web TTYT);
- Bộ phận KT (Đăng tải lên MĐT quốc gia);
- Lưu: VT, TCHC-KT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trúc