

Số: /YCBG-TTYT

Đắk Song, ngày tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT, ngày 26 tháng 4 năm 2024. Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Đắk Song có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai các thủ tục mua sắm theo quy định cho gói thầu: “Mua máy khúc xạ kế tự động” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đoàn Văn Khả; Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược - TTBVTTYT

Số điện thoại: 0942 397379

Email: doankha74@gmail.com

Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông hoặc có thể gửi bản scan Báo giá qua Email: doankha74@gmail.com và gửi bản gốc cho đơn vị qua đường bưu điện.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 07 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h ngày 17 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 17/10/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Địa điểm giao hàng và lắp đặt: Tại trung tâm Y tế huyện Đăk Song.
Dự kiến ngày giao hàng/ hoàn thành: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

Trung tâm Y tế kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm, năng lực quan tâm nội dung nêu trên gửi Báo giá về Trung tâm Y tế theo đúng thời gian.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa: Dược-TTB-VTTYT; Khoa khám;
- Phòng Dân số - TT&GDSK (đăng tải Web TTTYT);
- Bộ phận KT (Đăng tải lên MĐT quốc gia);
- Lưu: VT, TCHC-KT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trúc

PHỤ LỤC 1

Bảng mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật.

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-TTYT ngày /10/2024 của

Trung tâm Y tế huyện Đắk Song)

STT	Danh mục/Tên hàng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	ĐVT	Số lượng/khối lượng															
1	* Tên máy: Máy khúc xạ kế tự động. * Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật: Yêu cầu chung máy khúc xạ kế tự động: Tính năng kỹ thuật - Khoảng đo: <table><tr><th>Tiêu chí</th><th>Khoảng đo</th><th>Bước chuyển</th></tr><tr><td>Cầu (S)</td><td>-20 ~ +20D (VD = 12)</td><td>0.12D/0.25D</td></tr><tr><td>Trụ (C)</td><td>0 ~ ±10D</td><td>0.12D/0.25D</td></tr><tr><td>Trục (AX)</td><td>1 ~ 180°</td><td>1°</td></tr><tr><td>Khoảng cách đồng tử</td><td>30 ~ 85mm</td><td>1mm</td></tr></table> - VD: 0, 12, 13.75, 15mm - Đường kính đồng tử nhỏ nhất có thể đo được: 2.0mm - Màn hình màu LCD: 5.7” - Cố định mắt: hệ thống tự động - Lưu dữ liệu: 10 kết quả cho mỗi mắt - Chế độ tiết kiệm điện: Tự động tắt sau 5 - 10 phút - In: máy in nhiệt - Nguồn điện: 110, 220 hoặc 240V; 50/60Hz, 60VA	Tiêu chí	Khoảng đo	Bước chuyển	Cầu (S)	-20 ~ +20D (VD = 12)	0.12D/0.25D	Trụ (C)	0 ~ ±10D	0.12D/0.25D	Trục (AX)	1 ~ 180°	1°	Khoảng cách đồng tử	30 ~ 85mm	1mm	Chiếc	01
Tiêu chí	Khoảng đo	Bước chuyển																
Cầu (S)	-20 ~ +20D (VD = 12)	0.12D/0.25D																
Trụ (C)	0 ~ ±10D	0.12D/0.25D																
Trục (AX)	1 ~ 180°	1°																
Khoảng cách đồng tử	30 ~ 85mm	1mm																

	- Kích thước: 500 x 288 x 480mm - Trọng lượng: ~14kg Cấu hình thiết bị - 01 máy chính - 01 mắt test máy - 01 tập giấy đặt cầm - 01 cuộn giấy in nhiệt - 01 bộ Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt - Các phụ kiện khác để máy hoạt động bình thường		
--	---	--	--

PHỤ LỤC 02
Mẫu bảng chào giá
BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế huyện Đắk Song, chúng tôi(ghi tên, chỉ của hãng sản xuất/nhà cung cấp) báo giá thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Stt	Tên máy/ Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá chưa thuế	Tiền thuế	Các chi phí khác (nếu có)	Thành tiền
1										
2										
		Tổng cộng								

Số tiền bằng chữ:

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ký báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày....tháng..... năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

