

Số: 14 /TB-TTYT

Đắk Song, ngày 02 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị/các Công ty sản xuất, kinh doanh, phân phối tại Việt Nam.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định thẩm quyền quyết định và phân cấp quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông;

Trung tâm Y tế huyện Đắk Song có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai các thủ tục tiến hành thực hiện theo đúng quy định Luật đấu thầu cho gói thầu: “Mua Hệ thống máy nội soi tiêu hóa phục vụ nhu cầu chuyên môn khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Đắk Song” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông. Đoàn Văn Khả; Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược - TTB - VTYT.

Trung tâm Y tế huyện Đắk Song

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: 0942 397379.

Email: doankha74@gmail.com

Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận bản gốc trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông hoặc có

thể gửi bản scan Báo giá qua Email: doankha74@gmail.com và gửi bản gốc cho đơn vị qua đường bưu điện.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 03 tháng 4 năm 2025 đến trước 17h ngày 15 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 15/4/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục, số lượng, cấu hình, tính năng, kỹ thuật của thiết bị yêu cầu báo giá có (Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo).

2. **Yêu cầu đối với đơn vị tham gia báo giá:** Báo giá phải bao gồm toàn bộ chi phí trọn gói như: Thuế VAT, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định, các chi phí khác liên quan. Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị ký tên và đóng dấu. (mẫu báo giá theo mẫu PL 02 đính kèm).

Địa điểm cung cấp: Tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Song.

Thời gian thực hiện: Năm 2025.

Trung tâm Y tế huyện Đắk Song kính mời quý Công ty/Doanh nghiệp/Đơn vị có đủ kinh nghiệm, năng lực quan tâm nội dung nêu trên gửi Báo giá về Trung tâm Y tế theo đúng thời gian nêu trên./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa Dược-TTB-VTTYT;
- Phòng Dân số - TT&GDSK (đăng tải Web TTTYT);
- Bộ phận KT; (Đăng tải mạng ĐTQG);
- Lưu: VT, TCHC-KT.



Phạm Văn Trúc

PHỤ LỤC 01



Kèm theo Thông báo số: 44 /TB-TTYT ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Song)

TT	Tên hàng	Yêu cầu về Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Hệ thống máy nội soi tiêu hóa	CẤU HÌNH - 01 Bộ xử lý hình ảnh - 01 Nguồn sáng LED - 01 Dây soi dạ dày - 01 Dây soi đại tràng - 01 Bàn phím điều khiển và nhập dữ liệu - 01 Màn hình màu full HD LCD 21 inch - 01 Xe đẩy chuyên dụng cho y tế với nguồn điện tập trung và có giá treo dây soi - 01 Bình đựng nước - Cáp nguồn và cáp kết nối đi kèm - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Bộ xử lý hình ảnh trung tâm - Bộ xử lý cho chất lượng hình ảnh độ phân giải 1920x1080 - Chuẩn tín hiệu ngõ ra hình ảnh HD: DVI, VGA, SDI - Chức năng nội soi tăng cường quan sát mao mạch, mạch máu CHb - Chức năng thay đổi độ tương phản hình ảnh tự động/tùy chỉnh - Chức năng tăng cường độ sắc nét, tăng cường chế độ màu sắc - Chức năng tự điều chỉnh độ sáng thông minh IRIS - Khả năng tăng cường chất lượng hình ảnh, giảm nhiễu - Zoom: phóng đại hình ảnh - Chức năng dừng hình cho nội soi	Bộ	01



TT	Tên hàng	Yêu cầu về Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Ghi hình ở độ phân giải cao trực tiếp trong bộ nhớ tích hợp sẵn, dung lượng 500GB, có chức năng truyền dữ liệu qua DICOM - Tương thích với nhiều chủng loại ống soi: dạ dày, đại tràng. - Khả năng nâng cấp phần mềm xử lý ảnh nội soi lên các phiên bản mới nhất - Hỗ trợ đầu cắm nóng dây soi khác mà không cần tắt nguồn - Cổng giao tiếp chuẩn Ethernet Gigabit IEEE 802.3 - 4 cổng truyền dữ liệu USB 3.0 Nguồn sáng - Nguồn sáng chính LED 50W, CCT 5000K - 7000K, CRI ≥ 90 - Tuổi thọ nguồn sáng lên đến 50,000 giờ - Chức năng bơm khí/nước ở 4 mức: OFF, L, M và H - Điều chỉnh độ sáng tự động/tùy chỉnh: 19 cấp - Nguồn sáng dự phòng LED 14W Dây soi dạ dày tá tràng - Dây soi sử dụng cảm biến hình ảnh CMOS, độ phân giải cao - Góc quan sát rộng: 140° - Đường kính đầu cuối ống soi và thân ống soi = $\Phi 9.3\text{mm}$ / $\Phi 9.8\text{mm}$ - Góc điều khiển hướng: 210° lên/ 90° xuống - Góc điều khiển hướng: 100° trái/ 100° phải - Đường kính kênh dụng cụ = $\Phi 2.8\text{mm}$ / $\Phi 3.2\text{mm}$ - Chiều dài làm việc 1.050mm - Bơm nước 40ml/phút - Bơm khí 800ml/phút		

TT	Tên hàng	Yêu cầu về Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Có kênh nước tưới rửa phụ trợ riêng Dây soi đại tràng - Công nghệ cảm biến hình ảnh CMOS, độ phân giải HD - Góc quan sát rộng: 140° - Đường kính đầu cuối ống soi = $\Phi 12\text{mm}$ / $\Phi 12.9\text{mm}$ - Đường kính thân ống soi = $\Phi 12.5\text{mm}$ / $\Phi 12.9\text{mm}$ - Góc điều khiển hướng: 180° lên/ 180° xuống - Góc điều khiển hướng: 160° trái/ 160° phải - Đường kính kênh dụng cụ = $\Phi 3.8\text{mm}$ / $\Phi 4.2\text{mm}$ - Chiều dài làm việc 1.350mm / 1.700mm - Bơm nước 45ml/phút - Bơm khí 800ml/phút - Có kênh nước tưới rửa phụ trợ riêng		

Ghi chú: Các thông số kỹ thuật và các miêu tả về tính năng thiết bị nêu trên để các đơn vị tham khảo, các đơn vị có thể báo giá các thiết bị có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.





Phụ lục: 01

Báo giá thiết bị y tế

(Kèm theo Thông báo 14 /TB-TTYT ngày 02 /4/2025 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Song)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

TT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Model ⁽³⁾	Hãng Sản xuất ⁽³⁾	Nước Sản xuất/Xuất xứ ⁽⁶⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Số lượng/Khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VNĐ)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VNĐ)	Đơn giá trúng thầu gần nhất ⁽¹³⁾ (Nếu có) (VNĐ)	Tài liệu tham chiếu Đơn giá trúng thầu gần nhất ⁽¹⁴⁾ (Nếu có) (VNĐ)

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 150 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 1, 2 Mục II - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))