

Số: /TMBG-TTYT

Đức An, ngày tháng 7 năm 2026.

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/các công ty cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Hiện tại, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai các thủ tục mua sắm theo quy định cho gói thầu: “Mua máy siêu âm điều trị” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông. Đoàn Văn Khả; Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược - TTB - VTYT.

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng.

Số điện thoại: 0942 397379.

Email: doankha74@gmail.com

Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận bản gốc trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song, Địa chỉ: Thôn 1, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng. hoặc có thể gửi bản scan Báo giá qua Email: doankha74@gmail.com và gửi bản gốc cho đơn vị qua đường bưu điện.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 03 tháng 7 năm 2026 đến trước 17h ngày 13 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13/7 /2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, số lượng, cấu hình, tính năng, kỹ thuật của thiết bị yêu cầu báo giá có (*Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo*).

2. Yêu cầu đối với đơn vị tham gia báo giá: Báo giá phải bao gồm toàn bộ chi phí trọn gói như: Thuế VAT, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định, các chi phí khác liên quan. Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị ký tên và đóng dấu.

Địa điểm cung cấp: Tại Trung tâm Y tế khu vực Đăk Song.

Thời gian thực hiện: Năm 2026.

Trung tâm Y tế khu vực Đăk Song kính mời quý Công ty/Doanh nghiệp/Đơn vị có đủ kinh nghiệm, năng lực quan tâm nội dung nêu trên gửi Báo giá về Trung tâm Y tế theo đúng thời gian nêu trên./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa Dược-TTB-VTTYT;
- Khoa Kiểm soát bệnh tật và y tế công cộng (đăng tải Web TTTYT);
- Phòng TC-KT; (Đăng tải mạng ĐTQG);
- Lưu: VT, TC-KT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trúc

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Thư mời số: /TMBG-TTYT ngày tháng 7 năm 2026 của
Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song)

Stt	Danh mục/Tên hàng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	ĐVT	Số lượng/ khối lượng
	I/ Thông tin chung: MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ II/Cấu hình bao gồm: - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn + Adaptor: 01 cái - Đầu chiếu siêu âm 5cm²: 01 cái - Chai Gel siêu âm : 01 chai - Xe đẩy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III/Thông số kỹ thuật: - Máy có tính năng điều trị tần số luân phiên. Khi sử dụng tần số luân phiên, hệ thống sẽ tự động thay đổi tần số từ 1 – 3 Mhz trong các khoảng thời gian được cài sẵn. - Có thể kết nối với đầu siêu âm rãnh tay 4 tinh thể và 6 tinh thể. - Có ngôn ngữ tiếng Việt. - Có hình ảnh giải phẫu 3 cấp độ minh họa vị trí hướng dẫn điều trị. - Đầu điều trị siêu âm có chức năng hiển thị sự tiếp xúc với bệnh nhân. - Số kênh điều trị siêu âm: 01 kênh - Số đầu kết nối siêu âm: 02 đầu - Thời gian điều trị: 0 – 30 phút - Tần số phát siêu âm: 10 – 150 Hz - Tần số hoạt động: 1MHz ± 5% và 3.1 MHz ± 5% - Hệ số sử dụng: 5% đến 95% giá trị cài đặt - Cường độ tác động: + Hoạt động liên tục: 0.1 đến 2 W/cm² ± 30% cho cường độ ngõ ra > 0.2 W/cm² + Hoạt động theo xung: 0.1 đến 3 W/cm² ± 30% cho cường độ ngõ ra > 0.2 W/cm² - Hệ số làm việc mặc định: 6.25% (1:16); 12.5% (1:8); 25% (1:4); 50% (1:2); 100% (1:1) ± 5% giá trị thiết lập - Công suất ngõ ra tối đa 13.2 W ± 20% - Thông số điều chỉnh/ mỗi bước:	Máy	01

Stt	Danh mục/Tên hàng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	ĐVT	Số lượng/ khối lượng
	+ Cường độ: 0.1 W/cm² + Tần số điều chế: 10 Hz + Hệ số hoạt động: 1% - Màn hình LCD màu, cảm ứng hiển thị 4.3 inches - Độ phân giải: 480 x 272 Pixels - Phân loại sản phẩm: Loại bộ phận được áp dụng: BF - Sử dụng Pin Lithiun CR2032 - Điện áp nguồn: 100 – 240 V - Tần số: 50 – 60 Hz, điện áp nguồn: 24V, DC Chế độ hoạt động: Hoạt động liên tục Các điều kiện về môi trường: Đáp ứng theo điều kiện thông thường phổ biến. IV. YÊU CẦU: Hàng mới 100% Năm sản xuất từ 2025 trở về sau. Có xuất xứ hợp lệ. Tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng có giá trị pháp lý.		

Ghi chú: Các thông số kỹ thuật và các miêu tả về tính năng thiết bị nêu trên để các đơn vị tham khảo, các đơn vị có thể báo giá các thiết bị có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.