

Số: /TMBG-TTYT

Đức An, ngày tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/các công ty cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Hiện tại, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai các thủ tục mua sắm theo quy định cho gói thầu: “Máy theo dõi bệnh nhân” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông. Đoàn Văn Khả; Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược - TTB - VTTYT.

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng.

Số điện thoại: 0942 397379.

Email: doankha74@gmail.com

Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận bản gốc trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song, Địa chỉ: Thôn 1, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng. hoặc có thể gửi bản scan Báo giá qua Email: doankha74@gmail.com và gửi bản gốc cho đơn vị qua đường bưu điện.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 04 tháng 7 năm 2026 đến trước 17h ngày 14 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14/7 /2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, số lượng, cấu hình, tính năng, kỹ thuật của thiết bị yêu cầu báo giá có (*Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo*).

2. Yêu cầu đối với đơn vị tham gia báo giá: Báo giá phải bao gồm toàn bộ chi phí trọn gói như: Thuế VAT, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định, các chi phí khác liên quan. Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị ký tên và đóng dấu.

Địa điểm cung cấp: Tại Trung tâm Y tế khu vực Đăk Song.

Thời gian thực hiện: Năm 2026.

Trung tâm Y tế khu vực Đăk Song kính mời quý Công ty/Doanh nghiệp/Đơn vị có đủ kinh nghiệm, năng lực quan tâm nội dung nêu trên gửi Báo giá về Trung tâm Y tế theo đúng thời gian nêu trên./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa Dược-TTB-VTTYT;
- Khoa Kiểm soát bệnh tật và y tế công cộng (đăng tải Web TTYT);
- Phòng TC-KT; (Đăng tải mạng ĐTQG);
- Lưu: VT, TC-KT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trúc

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TMBG-TTYT ngày tháng 7 năm 2026
của Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song)

Stt	Danh mục/Tên hàng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	ĐVT	Số lượng/ khối lượng
	I/ Thông tin chung: Tên máy: MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN Cấu hình cung cấp: - Máy mới 100% - Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương - Máy chính: 01 cái - Dây SpO2: 01 dây - Dây đo nhiệt độ: 01 dây - Dây đo ECG: 01 dây - Ống bơm huyết áp: 01 cái - Vòng bít đo huyết áp: 01 cái - Điện cực dán ECG: 20 cái - Dây nguồn: 01 dây II/ Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật: Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số - Nhiệt độ làm việc: +5 ~ +40 °C - Độ ẩm làm việc: 15 ~ 85 % - Điện áp đầu vào: 100 – 240V - Tần số: 50/60Hz - Công suất đầu vào: ≤ 150 VA - Loại pin: Li-ion, 7.4 VDC, 2500 mAh - Theo dõi các thông số tiêu chuẩn: ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, TEMP kênh đôi. - ECG Nhịp tim (HR) - Dạng sóng ECG - Phân tích rối loạn nhịp tim và đoạn ST - RESP Tần số thở (RR) - Dạng sóng hô hấp - SpO2 Oxy bão hòa (SpO2) - Dạng sóng biểu đồ đo thể tích (PLETH) - Nhịp tim (PR)	Bộ	01

Stt	Danh mục/Tên hàng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	ĐVT	Số lượng/ khối lượng
	- Theo dõi các thông số tiêu chuẩn: ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, TEMP kênh đôi. - ECG Nhịp tim (HR) - Dạng sóng ECG - Phân tích rối loạn nhịp tim và đoạn ST RESP Tần số thở (RR) - Dạng sóng hô hấp SpO2 Oxy bão hòa (SpO2) - Dạng sóng biểu đồ đo thể tích (PLETH) Nhịp tim (PR) - Biểu đồ cột NIBP Huyết áp tâm thu (SYS), huyết áp tâm trương (DIA), Huyết áp trung bình (MEAN) TEMP T1, T2, TD Màn hình LCD màu TFT 8 inch; độ phân giải 800 x 600 - Phạm vi sử dụng: người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. - Giao diện chuẩn, biểu đồ oxy, biểu đồ xu hướng, giao diện ký tự lớn và chế độ xem giường, thuận tiện quan sát. - Điều khiển bằng phím và nút vặn. - Đồng bộ dạng sóng tối đa 8 kênh. - Hiển thị 7 kênh ECG, chức năng bước ECG. - Chế độ đo NIBP: Thủ công/Tự động/STAT, lưu trữ 4800 kết quả. - Xem lại 71 sự kiện báo động của tất cả các thông số và 60 sự kiện báo động loạn nhịp tim. - Tính toán lượng thuốc và chức năng bảng chuẩn độ. IV. YÊU CẦU: Hàng mới 100% Năm sản xuất từ 2025 trở về sau. Có xuất xứ hợp lệ. Tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng có giá trị pháp lý.		

Ghi chú: Các thông số kỹ thuật và các miêu tả về tính năng thiết bị nêu trên để các đơn vị tham khảo, các đơn vị có thể báo giá các thiết bị có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

